

Numer sprawy: 21/2017
Jelenia Góra, 2017-11-20

Strona internetowa
Zamawiającego
www.szpitalmsw.net

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 21/2017. Nazwa zadania:
Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych
jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze w 2018 roku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 12 w przedmiotowym
postępowaniu:

1. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia - podając nazwę własną glukometru, będącą
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta oraz ze względu na zabezpieczoną
konstrukcyjnie i chronioną prawem patentowym kompatybilność glukometrów o podanej nazwie tylko i
wyłącznie z paskami testowymi konkretnego wytwórcy - specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego
wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu
tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub
poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie
istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta,
gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli
chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być
w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z
zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem
kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-
coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem
odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od
chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%,
umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włosniczkowej osób dorosłych i noworodków; g)
bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i
płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu folii; i) temperatura działania pasków testowych w
zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające
wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych pasków testowych niż te podane w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do
glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się opisanymi
poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym
dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za
pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej
części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość

wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiołki x 25 pasków, przy czym każda z fiołek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych pasków testowych niż te podane w SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 20 w przedmiotowym postępowaniu:

3. Czy z uwagi na podanie nazwy własnej nakłuwaczy będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści nakłuwacze innego producenta, charakteryzujące się takimi samymi parametrami jeśli chodzi o głębokość nakłucia i średnicę igły?

Odpowiedź:

Tak.

opatrunki

poz. 1 czy zamawiający oczekuje chustę włókninową czy bawełnianą?

Odpowiedź:

Obie są dopuszczalne.

poz. 2 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x10 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Poz. 4 czy zamawiający oczekuje kompresy włókninowe?

Odpowiedź:

Też mogą być.

Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku

poz. 1 czy zamawiający dopuści fartuchy w opak. 10 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak.

Poz. 10 czy zamawiający dopuści kieliszki w opak. 75 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak.

Poz. 24 czy zamawiający oczekuje szpatulek sterylnych czy niesterylnych?

Odpowiedź:

Szpatułki niesterylne.

Poz. 11 czy zamawiający oczekuje maski na troki czy na gumkę?

Odpowiedź:

Obie są dopuszczalne.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW
w Jeleniej Górze

Paweł Majcher

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy