



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 69-71 · 58-560 Jelenia Góra

tel. 75 64 35 700 · faks 75 64 35 741

www.szpitalmsw.net, sekretariat@szpitalmsw.net

Numer sprawy: 9/2025
Jelenia Góra, 2025-12-19

Strona internetowa
Zamawiającego
www.szpitalmsw.net

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 9/2025. Nazwa zadania: Dostawy leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2026 roku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego przeliczeń gdyż nie jest do końca jasny.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę tylko i wyłącznie na mniejsze opakowania?

2. Czy w stwierdzeniu o małych różnicach cenowych Zamawiający miał na myśli iż, cena opakowania mniejszego w przeliczeniu na opakowanie większe ma być korzystniejsza cenowo? (Np. wycena 10 opakowań leku x 1 sztuka zamiast 1 opakowania x 10 sztuk. Gdzie sumarycznie liczba 10 pojedynczych opakowań jest niższa od jednego opakowania x 10 sztuk?)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w ofercie przez Wykonawcę dowolnej wielkości opakowania (niekoniecznie tylko mniejszej) z możliwością wyceny tak przeliczonych ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, żeby oferty dało się precyzyjnie porównać.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci:

- tabletki na tabletki powlekane, kapsułki, drażetki i odwrotnie?

- tabletki/kapsułki o przedłużonym uwalnianiu na tabletki/kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?

- fiolki na ampułki i ampułko -strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków dostępnych na jednorazową zgodę MZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 276 (23) Zamawiający dopuści zaoferowanie testu innego producenta, wykrywającego jednocześnie amfetaminę, opiaty, kokainę, morfinę, marihuanę, haszysz i ecstazy (MDMA)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą sekcji „Glukometry” w Pakiecie zbiorczym:

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej w zakresie Pakietu zbiorczego poz. 281 (3) przewidziano roztwory kontrolne do glukometrów o ważności 6 miesięcy po otwarciu. Mając na uwadze, że według opinii inżynierów producentów płyny kontrolne po otwarciu ulegają stopniowemu odparowywaniu, co sprzyja osadzaniu się suchej substancji, rozwojowi bakterii oraz w konsekwencji może prowadzić do uzyskiwania nieprawidłowych wyników i zwiększonej liczby reklamacji (proces ten jest uwarunkowany właściwościami fizykochemicznymi płynów i występuje niezależnie od deklaracji producentów dotyczących okresu przydatności płynów kontrolnych do użycia), czy Zamawiający dopuści również roztwory kontrolne o ważności wynoszącej 3 miesiące po pierwszym otwarciu fiolki, które minimalizują wskazane ryzyka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 280 (2) Zamawiający wymaga, aby zawarta w opakowaniu handlowym instrukcja obsługi zaoferowanych pasków testowych wskazywała graniczne stężenia substancji potencjalnie zakłócających pomiar (takich jak paracetamol i bilirubina), które nie wpływają na wynik pomiaru stężenia glukozy? Jest to wymóg normy EN ISO 15197:2015 (wykaz substancji ujęty w załączniku A2 normy).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 279 (1) Zamawiający wymaga zaoferowania glukometru z możliwością ustawienia odpowiedniej jednostki pomiarowej (mg/dl lub mmol/l) przez użytkownika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 279 (1) Zamawiający wymaga glukometru z funkcją wyrzutnika zużytego paska testowego umożliwiającą bezdotykowe usuwanie paska? Funkcja ta podnosi higienę i bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Zamawiający zawarł w SWZ uwagę o treści „Nie dokonano podziału zamówienia na części

z powodu: ryzyka ograniczenia konkurencji oraz zwiększenia kosztów zamówienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy udzieleniu zamówienia jednemu wykonawcy można uzyskać korzystniejszą cenowo ofertę.” Biorąc pod uwagę, że na rynku występuje co najmniej kilkanaście różnych podmiotów, które są w stanie zaoferować glukometry, paski testowe do glukometrów i płyny kontrolne wyspecyfikowane w sekcji Glukometry” (poz. 1, 2, 3) i jednocześnie tylko maksymalnie dwa podmioty, które będą w stanie złożyć ofertę na pełen Pakiet zbiorczy w przedmiotowym postępowaniu, ryzyko ograniczenia konkurencji istnieje właśnie w przypadku braku możliwości składania ofert częściowych, a nie w przypadku braku podziału pakietu. Podobnie jest ze zwiększeniem kosztów zamówienia. Podmiot wiedzący o braku potencjalnej konkurencji będzie się skłaniał ku podniesieniu cen swoich produktów, nie ku ich obniżeniu. Nie wiemy zatem, z czego Zamawiający wysnuwa wniosek jakoby udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy powodowało uzyskanie oferty korzystniejszej cenowo, skoro dane rynkowe dotyczące cen ofert składanych w różnych postępowaniach przetargowych przez tylko jeden podmiot przeczą takiemu założeniu. W związku z powyższym prosimy o wydzielenie poz. 1 ,2 i 3 stanowiących sekcję Glukometry do odrębnego pakietu lub o umożliwienie składania ofert tylko na tę sekcję.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ w sposób istotny, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy